

Balones para EUS



Ofrecemos distintas soluciones en balones para EUS fabricados en látex y no-látex



Balones de látex Oracle

- » proporcionan imágenes de calidad
- » son soluciones rentables
- » están disponibles para ecoendoscopios lineales y radiales
- » Atención: Este producto contiene Látex Natural el cual puede causar reacciones alérgicas



ORACLE - Balones de látex para EUS					
Fotografía del producto	Referencia	Color de Envase	Descripción	Estéril	Unidades por caja
	711892	Azul Marino	Balones de látex Oracle – Olympus Radial	Sí	20
	711893	Azul Claro	Balones de látex Oracle – Olympus Lineal*	Sí	20

*Compatibles con ecoendoscopio lineales Olympus 140, 240, 160, 260 y 180.
Estos productos han sido autorizados para el uso en procedimientos endoscópicos que utilizan un balón junto a un ecoendoscopio en el tracto gastrointestinal alto y bajo.

Balones de no-látex Ultramatrix™

- » No están fabricados con látex natural
- » el material polisoprénico proporciona imágenes de calidad
- » están disponibles para ecoendoscopios lineales y radiales



Ultramatrix - Balones para EUS				
Fotografía del producto	Referencia	Descripción	Estéri	Unidades por caja
	USBOL	Ultramatrix balones para EUS – Olympus lineal*	No	20
	USBOR	Ultramatrix balones para EUS – Olympus / Pentax radial**	No	20

* Compatible con todos los ecoendoscopio lineales Olympus.

** Compatible con todos los ecoendoscopio radiales Olympus y Pentax.

Estos productos han sido autorizados para el uso en procedimientos endoscópicos que utilizan un balón junto a un ecoendoscopio en el tracto gastrointestinal alto y bajo.



Sujeto a errores y/o alteraciones técnicas



C/ José Isbert, 20
28223 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)
Tel.: 91 512 11 20 - Fax: 91 512 11 21
stendoscopia@st-endoscopia.es
www.st-endoscopia.es



Endoscopy

www.steris.com

©2021 STERIS Endoscopy. All Rights Reserved.
Unless otherwise indicated, all marks denoted with ® or ™ are registered with the U.S.
Patent and Trademark Office, or are trademarks owned by STERIS or its affiliates.

760868 Rev. F